

LOGGBOK
för spoldesinfektor i
Landstinget i Värmland



Modell: _____

MTA nummer: _____

Avdelning: _____

Rumsplacering: _____

Innehållsförteckning

Dokumentationskrav enligt ISO 15883-5:2005

Dokument för flik 1, 3, 4, 5, 7 och 8 finns att hämta på Smittskydds hemsida www.smittskyddvarmland.se /lokala riktlinjer/spol- och diskdesinfektorer.

Innehållsförteckning	Flik
Checklista för dagligt underhåll av spoldesinfektor	1
Årlig funktionskontroll	2
Felanmälan och reparationsarbete	3
Produktinformation diskmedel	4
Valideringsdokumentation av leverantör (ny maskin)	5
Utbildad personal	6
Övrig dokumentation från leverantör	7
Namn och telefonnummer till ansvarig för underhåll	8
Instruktionsbok och bruksanvisning	9

4. Produktinformation diskmedel

Vatten

Positivt Bra lösningsmedel, bra transportmedel, inte giftigt, billigt.

Negativt Hög ytspänning, löser ej fett, innehåller salter, livsvillkor för mikroorganismer.

Diskmedel

- Sänker ytspänningen och förbättrar rengöringsförmågan.
- Reglerar vattnets hårdhetsgrad i viss mån.
- Svagt alkaliska, effektiv vid disktemperatur på 60 °C.
- Lågskummande diskmedel . Skum reducerar den mekaniska bearbetningen i maskinen. Blodtillblandning ökar skumbildning.

Optimal funktion i spoldesinfektor genom att:

- maskinen är rätt lastad
- använda rätt medel i rätt dos
- ha kallt vatten i processens början (under + 20 °C)
- tillräckligt spoltryck uppnås
- Desinfektionsparametrar – rätt tid/temperatur uppnås.

Medel beställs från landstingets materialleverantör.

5. Valideringsdokumentation, IQ och PQ, från leverantör (ny maskin)

7. Övrig dokumentation från leverantör

9. Instruktionsbok och bruksanvisning